

PROCES-VERBAL
AL GRUPULUI DE LUCRU CU PRIVIRE LA EVALUAREA OFERTELOR

Nr. 13/00773/001 aprobată la 18.11.2013

Autoritatea contractantă: 1003600023559 Administrația de Stat a Drumurilor

Procedura de achiziție publică: Licitație publică

Nr. 13/00773 din 11.11.2013 , publicată în BAP nr. 84 din 25.10.2013

Tipul obiectului de achiziție Bunuri **CPV** 34921000-9

Obiectul achiziției: echipament specializat în complet cu carote pentru laboratorul de încercări

Sursa de finanțare: Ministerul Finanțelor

**Grupul de lucru numit prin Ordinul (Decizia) nr. 13 din 27.03.2012
cu următoarea componență:**

IDNP	Numele, Prenumele	Funcția	Rolul
2002037060648	ANII RUSLAN	consultant, serviciul tehnico-operativ	Membrul grupului de lucru
0962501893140	COTRUȚA VALERIU	șef, direcția construcții și reparații capitale	Membrul grupului de lucru
0981905117524	DRĂGĂLIN CRISTIAN	consultant, serviciul licitații	Membrul grupului de lucru
0972803214053	GHIȚU ALEXANDRU	șef, serviciul juridic	Membrul grupului de lucru
0962111420297	LOZAN FIODOR	șef, direcția întreținerea drumurilor	Membrul grupului de lucru
0951112897102	PAȘA IURIE	manager-șef adjunct	Președintele grupului de lucru
0970404425830	TELEMAN VEACESLAV	șef, serviciul licitații	Secretar

Operatorii economici înregistrați cărora li s-a oferit documentația standard/caetul de sarcini:

IDNO/IDNP	Denumirea agentului economic	Adresa	Telefon	Email	Statutul
1002600037274	AP SISTEM S.R.L.	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Anestiade N. 8			Activ
1002600031548	Î.M. INTERLOC S.R.L.	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Columna 51, ap. 12			Activ

Pînă la termenul limită (data, ora 11.11.2013 10:00), potrivit procesului verbal de deschidere, au fost depuse 2 oferte, după cum urmează:

Oferta Nr.	Tipul ofertei	Statutul ofertei	Data și ora înregistrării ofertei	Prețul ofertei fara TVA	Prețul ofertei cu TVA	Denumirea agentului economic
13/00773/002	De bază	Deschisă	11.11.2013 11:44	112983.34	135580.00	AP SISTEM S.R.L.
13/00773/001	De bază	Deschisă	11.11.2013 11:44	128695.83	154435.00	Î.M. INTERLOC S.R.L.

Informația privind calificarea ofertanților se prezintă astfel:

Ofertant	Corespundere
Documentele solicitate și alte condiții, cerințe agentului economic - obligatorii	
AP SISTEM S.R.L.	
Autorizație de activitate	Da
Caracteristica tehnică sau descrierea tehnică a producătorului	Da
Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Da
Ultimul raport financiar	Da
Certificat de atribuire a contului bancar	Da
Certificat de conformitate pentru utilajul propus	Da
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Da
Certificat de înregistrare a întreprinderii	Da
Certificat pentru confirmarea capacității executării calitative a contractului de achiziție	Da
Î.M. INTERLOC S.R.L.	

Ofertant	Corespondere
Documentele solicitate și alte condiții, cerințe agentului economic - obligatorii	
Autorizație de activitate	Da
Caracteristica tehnică sau descrierea tehnică a producătorului	Da
Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Da
Ultimul raport financiar	Da
Certificat de atribuire a contului bancar	Da
Certificat de conformitate pentru utilajul propus	Lipsește
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Da
Certificat de înregistrare a întreprinderii	Da
Certificat pentru confirmarea capacității executării calitative a contractului de achiziție	Lipsește

Constatări/Comentarii privind documentele de calificare:

Ținând cont de cerințele înaintate față de marfă și participanți stipulate în documentele de licitație, grupul de lucru a evaluat ofertele operatorilor economici. Criteriul de evaluare a ofertelor este cel mai mic preț cu coresponderea caracteristicii tehnice solicitate, care a fost comunicat tuturor operatorilor economici prin documentele de licitație.

În urma evaluării ofertelor operatorilor economici participanți s-au constatat următoarele:

Operatorul economic Î.M. "Interloc" S.R.L. conform ofertei a propus spre livrare echipamentul specializat în complet de modelul Golz KB200, caracteristica tehnică a căruia nu este emisă de la producător, dar în interpretare proprie cu aplicarea ștampilei întreprinderii. De asemenea nu s-au prezentat certificatele de conformitate și de confirmare a capacității bune execuții a contractului.

Ținând cont de neconformitățile evaluate, oferta dată se consideră neconformă și se respinge.

Operatorul economic S.R.L., AP Sistem,, conform ofertei a propus spre livrare echipamentul specializat în complet de modelul Matest C319, care conform prețului ofertat depășește suma estimativă a autorității contractante.

Modalitatea evaluării ofertelor:

În continuare grupul de lucru pentru achiziții a evaluat și comparat ofertele agenților economici calificați, folosind criteriul de evaluare

Cel mai mic preț ,

pe loturi și în conformitate cu cerințele de calificare expuse în documentația standard/caietul de sarcini.

Informația privind prețurile din ofertele examinate se prezintă astfel:

Oferta №, Ofertant					
Lotul nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	CPV	Cantitatea, unitatea de măsura	Prețul fără TVA, per unitate	Prețul fără TVA, total

Oferta №, Ofertant					
Lotul nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	CPV	Cantitatea, unitatea de măsura	Prețul fără TVA, per unitate	Prețul fără TVA, total
13/00773/002, AP SISTEM S.R.L.					112983.3400
1	echipament specializat în complet cu carote pentru laboratorul de încercări				112983.3400
	echipament specializat în complet cu carote pentru laboratorul de încercări	34921000-9	1.00 Bucată	112983.3400	112983.3400
13/00773/001, Î.M. INTERLOC S.R.L.					128695.8300
1	echipament specializat în complet cu carote pentru laboratorul de încercări				128695.8300
	echipament specializat în complet cu carote pentru laboratorul de încercări	34921000-9	1.00 Bucată	128695.8300	128695.8300

În situația în care pe lângă criteriul de evaluare – cel mai mic preț sunt indicate și alte criterii de evaluare informația se prezintă astfel:

Ofertant, Oferta Nr.	Valoarea oferita în ofertă	Punctajul calculat
Criteriul		

Informația privind corespunderea cerințelor tehnice a bunurilor/serviciilor/lucrărilor se prezintă astfel:

Caracteristicile tehnice						Corespunderea
Oferta Nr. 13/00773/002 Ofertant AP SISTEM S.R.L.						
Lotul Nr. 1 echipament specializat în complet cu carote pentru laboratorul de încercări						
	S-a cerut			S-a propus		
Nr. poziții	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/unitatea de măsura	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/unitatea de măsura

Caracteristicile tehnice							Corespunderea
1	echipament specializat în complet cu carote pentru laboratorul de încercări	<p>Motor cu ardere internă în 4 tacte- cu benzină; Transmisie verticală prin șurub; Sistemul de răcire a carotei diamantate-cu lichid; Baza durabilă îi utilată cu roți pentru permutare; Toate părțile care funcționează au acoperire inoxidabilă; Puterea motorului - 4-6 c.p.;</p> <p>Adâncimea găurirei-nu mai puțin de 550 mm; Diametrul mostrelor prelevate-pînă la 200mm; Dimensiunile: Lungimea-pînă la 850 mm; Lățimea-pînă la 580 mm; Înălțimea-pînă la 1230 mm;</p> <p>Masa echipamentului – până la 140 kg; Anul fabricării –2013 (utilaj nou); Termen de garanție – 1 an.</p> <p>Carotă diamantată pentru asfalt și beton : Dimensiunile: diametrul interior - 100 mm; diametrul exterior- 108mm; înălțimea- de la 450 mm pînă la 510 mm;</p> <p>Bucșă de cuplare-pentru conexarea carotei cu echipamentul: Dimensiunile: diametrul interior - 100mm;</p> <p>Clește - pentru extracția mostrii din gaură: Dimensiunile: diametrul interior- 100mm;</p>	1.00 Bucată	echipament specializat în complet cu carote pentru laboratorul de încercări	<p>Motor cu ardere internă în 4 tacte- cu benzină; Transmisie verticală prin șurub; Sistemul de răcire a carotei diamantate-cu lichid; Baza durabilă îi utilată cu roți pentru permutare; Toate părțile care funcționează au acoperire inoxidabilă; Puterea motorului - 4-6 c.p.;</p> <p>Adâncimea găurirei-nu mai puțin de 550 mm; Diametrul mostrelor prelevate-pînă la 200mm; Dimensiunile: Lungimea-pînă la 850 mm; Lățimea-pînă la 580 mm; Înălțimea-pînă la 1230 mm;</p> <p>Masa echipamentului – până la 140 kg; Anul fabricării –2013 (utilaj nou); Termen de garanție – 1 an.</p> <p>Carotă diamantată pentru asfalt și beton : Dimensiunile: diametrul interior - 100 mm; diametrul exterior- 108mm; înălțimea- de la 450 mm pînă la 510 mm;</p> <p>Bucșă de cuplare-pentru conexarea carotei cu echipamentul: Dimensiunile: diametrul interior - 100mm;</p> <p>Clește - pentru extracția mostrii din gaură: Dimensiunile: diametrul interior- 100mm;</p>	1.00 Bucată	Nu

Caracteristicile tehnice							Corespunderea
1	echipament specializat în complet cu carote pentru laboratorul de încercări	<p>Motor cu ardere internă în 4 tacte- cu benzină; Transmisie verticală prin șurub; Sistemul de răcire a carotei diamantate-cu lichid; Baza durabilă îi utilată cu roți pentru permutare; Toate părțile care funcționează au acoperire inoxidabilă; Puterea motorului - 4-6 c.p.;</p> <p>Adâncimea găuririi-nu mai puțin de 550 mm; Diametrul mostrelor prelevate-pînă la 200mm; Dimensiunile: Lungimea-pînă la 850 mm; Lățimea-pînă la 580 mm; Înălțimea-pînă la 1230 mm;</p> <p>Masa echipamentului – până la 140 kg; Anul fabricării –2013 (utilaj nou); Termen de garanție – 1 an.</p> <p>Carotă diamantată pentru asfalt și beton : Dimensiunile: diametrul interior - 100 mm; diametrul exterior- 108mm; înălțimea- de la 450 mm pînă la 510 mm;</p> <p>Bucșă de cuplare-pentru conexarea carotei cu echipamentul: Dimensiunile: diametrul interior - 100mm;</p> <p>Clește - pentru extracția mostrii din gaură: Dimensiunile: diametrul interior- 100mm;</p>	1.00 Bucată	echipament specializat în complet cu carote pentru laboratorul de încercări	<p>Motor cu ardere internă în 4 tacte- cu benzină; Transmisie verticală prin șurub; Sistemul de răcire a carotei diamantate-cu lichid; Baza durabilă îi utilată cu roți pentru permutare; Toate părțile care funcționează au acoperire inoxidabilă; Puterea motorului - 4-6 c.p.;</p> <p>Adâncimea găuririi-nu mai puțin de 550 mm; Diametrul mostrelor prelevate-pînă la 200mm; Dimensiunile: Lungimea-pînă la 850 mm; Lățimea-pînă la 580 mm; Înălțimea-pînă la 1230 mm;</p> <p>Masa echipamentului – până la 140 kg; Anul fabricării –2013 (utilaj nou); Termen de garanție – 1 an.</p> <p>Carotă diamantată pentru asfalt și beton : Dimensiunile: diametrul interior - 100 mm; diametrul exterior- 108mm; înălțimea- de la 450 mm pînă la 510 mm;</p> <p>Bucșă de cuplare-pentru conexarea carotei cu echipamentul: Dimensiunile: diametrul interior - 100mm;</p> <p>Clește - pentru extracția mostrii din gaură: Dimensiunile: diametrul interior- 100mm;</p>	1.00 Bucată	Nu

Comentarii privind evaluarea ofertelor

În situația creată, întru asigurarea eficienței achiziției, grupul de lucru este în drept de a anula procedura de achiziție, cu organizarea unei noi licitații.

S-A HOTĂRÎT:

1. În urma evaluării ofertelor prezentate conform criteriul de evaluare, grupul de lucru a constatat și a hotărât prin unanimitate de voturi respingerea tuturor ofertelor prezentate la licitație cu anularea licitației publice nr. 13/00773 din 11.11.2013, în vederea achiziționării echipamentului specializat în complet cu carote pentru laboratorul de încercări.
2. De a informa în scris operatorii economici participanți la licitație despre hotărârea primită și de a restitui garanțiile pentru ofertă.
3. De a înainta un demers către Agenția Achiziții Publice în vederea repetării procedurii de achiziție.

Ofertanții respinși/descalificați:

În rezultatul evaluării, verificării datelor/documentelor de calificare ale ofertanților, conform cerințelor/modului expus în documentația standard/caietul de sarcini, au fost respinși următorii ofertanți:

Denumirea operatorului economic	Cauza descalificării
---------------------------------	----------------------

În rezultatul examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse, din cauza necorespunderii ofertelor cu cerințele tehnice expuse în documentația standard/caietul de sarcini, au fost respinse următoarele oferte:

Caracteristicile tehnice							Corespunderea
Oferta Nr. 13/00773/002 Ofertant AP SISTEM S.R.L.							
Lotul Nr. 1 echipament specializat în complet cu carote pentru laboratorul de încercări							
	S-a cerut			S-a propus			
Nr. poziții ei	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/unitatea de măsura	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/unitatea de măsura	

Caracteristicile tehnice							Corespunderea
1	echipament specializat în complet cu carote pentru laboratorul de încercări	<p>Motor cu ardere internă în 4 tacte- cu benzină; Transmisie verticală prin șurub; Sistemul de răcire a carotei diamantate-cu lichid; Baza durabilă îi utilată cu roți pentru permutare; Toate părțile care funcționează au acoperire inoxidabilă; Puterea motorului - 4-6 c.p.;</p> <p>Adâncimea găuririi-nu mai puțin de 550 mm; Diametrul mostrelor prelevate-pînă la 200mm; Dimensiunile: Lungimea-pînă la 850 mm; Lățimea-pînă la 580 mm; Înălțimea-pînă la 1230 mm;</p> <p>Masa echipamentului – până la 140 kg; Anul fabricării –2013 (utilaj nou); Termen de garanție – 1 an.</p> <p>Carotă diamantată pentru asfalt și beton : Dimensiunile: diametrul interior - 100 mm; diametrul exterior- 108mm; înălțimea- de la 450 mm pînă la 510 mm;</p> <p>Bucșă de cuplare-pentru conexarea carotei cu echipamentul: Dimensiunile: diametrul interior - 100mm;</p> <p>Clește - pentru extracția mostrii din gaură: Dimensiunile: diametrul interior- 100mm;</p>	1.00 Bucată	echipament specializat în complet cu carote pentru laboratorul de încercări	<p>Motor cu ardere internă în 4 tacte- cu benzină; Transmisie verticală prin șurub; Sistemul de răcire a carotei diamantate-cu lichid; Baza durabilă îi utilată cu roți pentru permutare; Toate părțile care funcționează au acoperire inoxidabilă; Puterea motorului - 4-6 c.p.;</p> <p>Adâncimea găuririi-nu mai puțin de 550 mm; Diametrul mostrelor prelevate-pînă la 200mm; Dimensiunile: Lungimea-pînă la 850 mm; Lățimea-pînă la 580 mm; Înălțimea-pînă la 1230 mm;</p> <p>Masa echipamentului – până la 140 kg; Anul fabricării –2013 (utilaj nou); Termen de garanție – 1 an.</p> <p>Carotă diamantată pentru asfalt și beton : Dimensiunile: diametrul interior - 100 mm; diametrul exterior- 108mm; înălțimea- de la 450 mm pînă la 510 mm;</p> <p>Bucșă de cuplare-pentru conexarea carotei cu echipamentul: Dimensiunile: diametrul interior - 100mm;</p> <p>Clește - pentru extracția mostrii din gaură: Dimensiunile: diametrul interior- 100mm;</p>	1.00 Bucată	Nu

Caracteristicile tehnice

Corespun
derea

Oferta Nr. 13/00773/001 Ofertant Î.M. INTERLOC S.R.L.

Lotul Nr. 1 echipament specializat în complet cu carote pentru laboratorul de încercări

S-a cerut			S-a propus			
Nr. poziții	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/unitatea de măsura	Denumirea poziției	Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice a poziției	Cantitatea/unitatea de măsura

Caracteristicile tehnice							Corespun derea
1	echipament specializat în complet cu carote pentru laboratorul de încercări	<p>Motor cu ardere internă în 4 tacte- cu benzină; Transmisie verticală prin șurub; Sistemul de răcire a carotei diamantate-cu lichid; Baza durabilă îi utilată cu roți pentru permutare; Toate părțile care funcționează au acoperire inoxidabilă; Puterea motorului - 4-6 c.p.;</p> <p>Adâncimea găurirei-nu mai puțin de 550 mm; Diametrul mostrelor prelevate-pînă la 200mm; Dimensiunile: Lungimea-pînă la 850 mm; Lățimea-pînă la 580 mm; Înălțimea-pînă la 1230 mm;</p> <p>Masa echipamentului – până la 140 kg; Anul fabricării –2013 (utilaj nou); Termen de garanție – 1 an.</p> <p>Carotă diamantată pentru asfalt și beton : Dimensiunile: diametrul interior - 100 mm; diametrul exterior- 108mm; înălțimea- de la 450 mm pînă la 510 mm;</p> <p>Bucșă de cuplare-pentru conexarea carotei cu echipamentul: Dimensiunile: diametrul interior - 100mm;</p> <p>Clește - pentru extracția mostrii din gaură: Dimensiunile: diametrul interior- 100mm;</p>	1.00 Bucată	echipament specializat în complet cu carote pentru laboratorul de încercări	<p>Motor cu ardere internă în 4 tacte- cu benzină; Transmisie verticală prin șurub; Sistemul de răcire a carotei diamantate-cu lichid; Baza durabilă îi utilată cu roți pentru permutare; Toate părțile care funcționează au acoperire inoxidabilă; Puterea motorului - 4-6 c.p.;</p> <p>Adâncimea găurirei-nu mai puțin de 550 mm; Diametrul mostrelor prelevate-pînă la 200mm; Dimensiunile: Lungimea-pînă la 850 mm; Lățimea-pînă la 580 mm; Înălțimea-pînă la 1230 mm;</p> <p>Masa echipamentului – până la 140 kg; Anul fabricării –2013 (utilaj nou); Termen de garanție – 1 an.</p> <p>Carotă diamantată pentru asfalt și beton : Dimensiunile: diametrul interior - 100 mm; diametrul exterior- 108mm; înălțimea- de la 450 mm pînă la 510 mm;</p> <p>Bucșă de cuplare-pentru conexarea carotei cu echipamentul: Dimensiunile: diametrul interior - 100mm;</p> <p>Clește - pentru extracția mostrii din gaură: Dimensiunile: diametrul interior- 100mm;</p>	1.00 Bucată	Nu

Toate ofertele prezentate se anexează la prezentul proces-verbal.

În urma evaluării ofertelor grupul de lucru a decis de a desemna câștigător/câștigători următorul/câștigători operatori economici:

Lotul				Termenul de execuție a contractului	Oferta Nr. / Ofertant	Prețul cu TVA	Prețul fără TVA
Nr.	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrarilor	CPV	Cantitatea /unitatea de măsura				

Întreaga documentație care a stat la baza acestui proces verbal se află în sediu organizatorului concursului

Organizatorul procedurii de achiziție publică va anunța și va invita în scris ofertantul/ofertanții câștigător

Ofertant

pentru a semna contractul de achiziție publică.

De asemenea acesta va comunica în scris celorlalți ofertanți necâștigători rezultatul atribuirii contractului.

Procesul verbal s-a încheiat în 1 exemplare astăzi 18.11.2013, la sediul organizatorului procedurii de achiziție publică.

Prezentul document este identic cu cel aprobat și postat în cadrul Sistemului Informațional Automatizat "Registrul de Stat al Achizițiilor Publice", fapt pentru care autoritatea contractantă poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Membrii Grupului de lucru:

Rolul	Numele, Prenumele	Semnătura
Membrul grupului de lucru	ANII RUSLAN	
Membrul grupului de lucru	COTRUȚA VALERIU	
Membrul grupului de lucru	DRĂGĂLIN CRISTIAN	
Membrul grupului de lucru	GHIȚU ALEXANDRU	

Rolul	Numele, Prenumele	Semnătura
Membrul grupului de lucru	LOZAN FIODOR	
Președintele grupului de lucru	PAȘA IURIE	
Secretar	TELEMAN VEACESLAV	